

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๖,๙๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐.-บาท
 - เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๗,๘๐๐.-บาท
 - เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๙๑,๑๐๐.-บาท
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.-บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๖,๙๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... บาท
 - ๔.๑. คำสั่งโรงพยาบาลปากท่อ ที่ ๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 - ๔.๒. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(กบรส)(หนา 9),(หนา 10),(หนา 30),(หนา 36)
 - ๔.๓.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางนิภาพรรณ นพรัตน์ธีระวุฒิ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวนรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณิชา เปลี่ยนเพ็ง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

นาย

(นายประเสริฐ อัครวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

นางนิภาพรรณ นพรัตน์ธีระวุฒิ

ประธานกรรมการ

(นางนิภาพรรณ นพรัตน์ธีระวุฒิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา

(นางสาวนรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณิชา เปลี่ยนเพ็ง
กรรมการ
(นางสาวณิชา เปลี่ยนเพ็ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับท่าต่างๆของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ เพื่อแพทย์ พยาบาล สามารถที่จะใช้งานในการตรวจรักษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

๒. ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ, พนักพิงหลัง, ทำชันเข่า ด้วยไฟฟ้า
- ๒.๒ มีระบบควบคุมการทำงานชนิดสวิตช์มือ (Hand switch) และมีปุ่มกดฝังอยู่ที่ราวข้างเตียง
- ๒.๓ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐V ๕๐/๖๐ Hz

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นเคลือบสีกันสนิมโดยพื้นเตียงแบ่งได้อย่างน้อย ๔ ส่วน
- ๓.๒ ขนาดเตียงยาว x กว้าง เท่ากับ ๒.๒- ๒.๓ เมตร, กว้าง ๑-๑.๑ เมตร
- ๓.๓ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม
- ๓.๔ เตียงสามารถปรับท่าต่างๆได้ ดังนี้
 - ๓.๔.๑ ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๐-๗๕ เซนติเมตร(ไม่รวมความหนาของเบาะ)
 - ๓.๔.๒ ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่มากกว่า ๔๐-๔๕ เซนติเมตร(ไม่รวมความหนาของเบาะ)
 - ๓.๔.๓ ปรับพนักพิงหลัง (Back rest angle) ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา
 - ๓.๔.๔ ปรับทำเข่า (Thigh rest angle) ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา
- ๓.๕ แผ่นปิดหัวเตียงและท้ายเตียงสามารถถอดออกและประกอบได้สะดวก ผลิตจาก ABSที่มีความแข็งแรง และทำความสะอาดได้ง่าย
- ๓.๖ ราวข้างเตียงแบบสองตอนยาวครอบคลุมตลอดเตียง ทำจาก Polypropylene (PP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร
- ๓.๗ มีปุ่มกดฝังอยู่ที่ราวข้างเตียง เพื่อสะดวกในการใช้งาน
- ๓.๘ มีระบบในการปรับรูปแบบเตียงเร่งด่วนชนิด manual CPR เพื่อทำการกระตุ้นหัวใจหรือผายปอด
- ๓.๙ มีล้อ ๔ ล้อ ขนาด ๕ นิ้ว และสามารถล็อกล้อได้ด้วยระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
- ๓.๑๐ มีมอเตอร์ให้ความเงียบปราศจากเสียงรบกวน
- ๓.๑๑ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ กรณีไฟดับเตียงสามารถทำงานได้
- ๓.๑๒ ปรับได้ ๕ Function (พนักพิงหลัง, ชันเข่า, สูง-ต่ำ, หัวต่ำ-เท้าสูง และหัวสูง-เท้าต่ำ)

๔. อุปกรณ์ประกอบ (ต่อ ๑ เตียง)

- ๔.๑ เสื่อน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตัน
- ๔.๒ ที่นอนมาตรฐาน จำนวน ๑ หลัง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนิภาพรณ นพรัตน์ธีระวุฒิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)


กรรมการ (นางสาวนรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)


กรรมการ (นางสาวณิชา เปลี่ยนเพ็ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเตี๋ยงใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๕.๓ มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE, ISO๑๓๔๘๕, ISO๙๐๐๑ เป็นอย่างน้อย
- ๕.๔ มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๕ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากผู้ผลิต
- ๕.๖ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
- ๕.๗ บริษัทฯ มีช่างที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนิภาพรณ นพรัตน์ธีระวุฒิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนรรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวณิชา เปลี่ยนเพ็ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ